

気道関連トラブルシューティング

気管チューブ留置患者のSpO₂低下

救急カートを準備

DOPEの確認

D: チューブ位置異常 (Displacement of the tube from the trachea)

O: チューブの閉塞 (Obstruction of the tube)

P: 気胸 (Pneumothorax)

E: 機器不良 (Equipment failure)

D: チューブ位置異常

- 聴診・視診 ● カプノメーターによる換気の確認
- レントゲンによる確認 ★ チューブの入れ替え

O: チューブの閉塞

- 聴診・視診 ● カプノメーターによる換気の確認
- レントゲンによる確認 ★ 吸引 ★ チューブの入れ替え

P: 気胸

- 聴診・視診 ● レントゲンによる確認
- ★ チェストチューブ挿入

E: 機器不良


- 機器の確認
- ★ 用手換気 ★ 別の機器に接続

確認と対処

体位変換は回路を外す！！

人工呼吸器

気管切開カニューレ



- ◆ 気管切開後しばらくはカニューレ挿入部の組織が不安定です。
- ◆ 酸素濃度60%以上 PEEP10cmH2O以上など呼吸状態の不安定な患者さんについては個別に検討し患者さんの安全を優先して下さい。